

Số: 375/TB-BVNL

Nghĩa Lộ, ngày 25 tháng 09 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Để đảm bảo cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ kịp thời.

Đơn vị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu *Sửa chữa thay thế vật tư linh kiện cho trang thiết bị y tế cho các khoa/phòng* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.**

Địa chỉ: tổ 2 phường Pú trạng thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông/bà Nguyễn Hoàng Hóa – Nhân viên kỹ thuật

- Số điện thoại: 0977046018- Email: hoanghoa1787@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt.

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư -Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Pú trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Di động: 0977046018 ; Email: hoanghoa1787@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 9 năm 2023 đến trước 16h00 ngày 05 tháng 10 năm 2023 ⁽²⁾

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ ^(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Máy gây mê "AESPIRE 7900"	Kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa mạch kiểm soát thể tích thở. Hiệu chuẩn, bảo dưỡng toàn bộ máy. Báo giá thay thế sensor O2	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023
2	Máy thở xâm nhập không xâm nhập "Philips v200"	Kiểm tra, Sửa chữa, Bo mạch nguồn. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn toàn bộ máy, thay thế sensor O2"	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023
4	Máy thở cao tần "Vela"	Kiểm tra Sửa chữa mạch trộn % Oxy. Sửa chữa vỏ dưới máy thở, Bo mạch kết nối dữ liệu, Pin dự phòng"	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023
5	Máy thở cpap sơ sinh "dolphin"	Kiểm tra Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế " sensor o2". Sửa chữa mạch kiểm soát nhiệt độ.	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023
6	Máy ly tâm "Varispin4"	Kiểm tra Sửa chữa motor cửa	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023
7	Máy siêu âm mắt AB "compacttouch"	Kiểm tra Sửa chữa bo mạch nguồn màn hình	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023

8	Máy Thở xách tay kèm hai van peep "monnal T60"	Kiểm tra thay thế, sensor O2 và Flow sensor	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023
Tổng: 08 mục						

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn thư, VT, TCKT.



1	Máy thở xâm nhập không xâm nhập "Philips v200"	Kiểm tra thay thế "sensor O2"	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023
2	Máy thở cao tần "Vela"	Kiểm tra sửa chữa mạch điện tử của bộ điều khiển "Bộ mạch kết nối dữ liệu Pin dự phòng"	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023
3	Máy thở cấp sơ sinh "dolphin"	Kiểm tra sửa chữa thay thế "sensor O2", sửa chữa mạch kiểm soát nhiệt độ	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023
4	Máy lý tâm "Varipin"	Kiểm tra sửa chữa motor của	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023
5	Máy siêu âm mini AB "compactech"	Kiểm tra sửa chữa bộ mạch nguồn main	1	Máy	Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ	30/10/2023