

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc**

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao tháng 8 năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ

Địa chỉ: Tổ 2 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

**2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

Họ và tên: Ông Hoàng Đức Quảng - nhân viên phòng vật tư thiết bị y tế

Số điện thoại: 0779256678. Mail: Hoangducquang.YB@Gmail.com

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Tổ 2 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Hoặc qua mail: Hoangducquang.YB@Gmail.com

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ 08h ngày 16 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2023

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

**1. Danh mục vật tư y tế mời thầu**

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Lưỡi dao mổ	Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiết tròn bằng tia gamma, các số 11,21	1.000	Cái
2	Chỉ không tiêu nylon	Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 2/0, 2 kim tròn 1/2c, làm từ polypropylene.	360	Sợi
3	Túi đựng nước tiểu	- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml không có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm.	500	Cái
4	Bơm tiêm 3ml	Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gầy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không có chất gây sốt - không DEHP. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; CE	6.000	Cái



5	Băng dính lụa	Băng keo lụa cuộn 2,5cm x 5m	1.000	cuộn
6	Dây thở oxy trẻ em	Dây dẫn chiều dài $\geq 2$ m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn	50	Cái
7	Găng phẫu thuật chưa Tiệt trùng các số	Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao (đã ly tâm loại trừ các yếu tố tạp chất, độc tố, tác nhân gây dị ứng...) chưa tiệt trùng. Găng loại có phủ bột và không bột, bề mặt nhẵn hoặc nhám	8.000	Đôi
8	Gạc hút Y tế	Gạc hút nước 100% cotton. Gạc hút nước chế từ các loại vải thưa. Chỉ có sợi bông (100% cotton) đã được tẩy trắng và xử lý để có tác dụng hút nước.	5.000	Mét
9	Kim châm cứu	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép.	20.000	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Kho thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 8 năm 2023.

4. Các thông tin khác (nếu có).

Nghĩa Lộ, Ngày 15 Tháng 8 năm 2023



GIÁM ĐỐC

★ Phan Thanh Tôn