

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc**

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư y tế thận nhân tạo tháng 8 năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ

Địa chỉ: Tổ 2 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

**2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

Họ và tên: Ông Hoàng Đức Quảng - nhân viên phòng vật tư thiết bị y tế

Số điện thoại: 0779256678. Mail: Hoangducquang.YB@Gmail.com

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Tổ 2 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Hoặc qua mail: Hoangducquang.YB@Gmail.com

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ 08h ngày 18 tháng 8 năm 2023 đến trước 8h00 ngày 28 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2023

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

**1. Danh mục vật tư y tế mời thầu**

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Quả lọc thận Nhân tạo	Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg : 20. Độ thanh thải Urea: 252 ml/phút Creatinine: 219 ml/phút Phosphate: 195 ml/phút Vitamine B12: 131 ml/phút * Thông số vật lý Diện tích bề mặt(m <sup>2</sup> ): 1.6 Thể tích chứa máu (ml): 90; Chất liệu màng: PUREMA Polyethersulfone. Chất liệu vỏ màng P.E.T. Chất liệu gắn kết S.E.T. ; Đường kính trong của sợi: 200µm. Độ dày thành sợi: 35µm; Phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước( Methods of Sterilisation - VI Edition). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	150	Quả





2	Dây chạy thận nhân tạo	Bộ dây chạy thận có 1 đầu transducer đường kính ~ (8,0x12x380) mm không rò rỉ máu. Dây nối động mạch, tĩnh mạch được phân biệt bằng màu sắc. ISO 13485	150	Bộ
3	Kim chạy thận	Gồm có: -1 kim dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. -1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, có 2 loại cánh cố định hoặc xoay. Cánh linh hoạt và chống trượt để giữ kim tại vị trí tốt. -1 kẹp catheter -1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận -1 ống dây dài 15cm/30cm -1 khe hở ( backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và tổn thương mô - Sản phẩm được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	1500	Cái
4	Quả lọc thận siêu lọc	- Màng lọc Polysulfone có tính tương hợp tốt với máu, tối ưu hóa hiệu quả điều trị, Thải trừ hiệu quả $\beta$ 2-microglobulin, Khả năng giữ lại nội độc tố cao Hệ số siêu lọc: 55 - Độ thanh thải (Luu lượng máu = 200ml/ph) - Diện tích bề mặt : 1.8m <sup>2</sup> - Urea: 192	48	Quả
5	Dây truyền siêu lọc	Tương thích và sử dụng được cho máy HDF online 5008S - Tính tương hợp sinh học + Chất liệu có tính tương thích sinh học tốt + Khả năng tương hợp với máu tốt và phản ứng độc tế bào thấp - Dây máu không chứa DEHP - Thể tích làm đầy: 132ml - Tiệt trùng bằng Beta - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	48	Bộ


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Kho thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 3 năm 2023.

4. Các thông tin khác (nếu có).

Nghĩa Lộ, Ngày 17 Tháng 8 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Phan Thanh Tôn