

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua vật tư công cụ, trang thiết bị y tế đảm bảo công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ

Địa chỉ: Tổ 2 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Ông Hoàng Đức Quảng- nhân viên phòng vật tư thiết bị y tế

Số điện thoại: 0377902733 . Mail: Hoangducquang.YB@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Tổ 2 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Hoặc qua mail: hoanghoa1787@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 02 năm 2025 đến trước 10h00 ngày 03 tháng 3 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư linh kiện mời thầu

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy khí dung sóng siêu âm	- Nguồn cấp: AC110~240V, 50/60Hz Điện vào: 50VA - Tần số dao động: 1.7MHz ± 10% - Tốc độ xông tối đa: ≥3mL/ phút - Khoảng hẹn giờ: 0-60 phút	5	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
2	Máy hút dịch 1 bình	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz - Công suất vào: 90VA - Giá trị áp hút cực hạn: ≥0.075MPa(760mmHg) - Phạm vi điều chỉnh áp hút: 0.02MPa đến giá trị áp hút cực hạn 	2	Máy
3	Xe lăn , xe đẩy người bệnh	<ul style="list-style-type: none"> - Khung thép sơn tĩnh điện, chỗ ngồi bằng vải caro thoáng mát 	12	Cái
4	Máy hút dịch 2 bình	<ul style="list-style-type: none"> - Điện vào: 180VA - Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz - Chân không tối đa: ≥90kPa - Chân không điều chỉnh trong: 20kPa – chân không tối đa - Dòng khí tối đa: ≥40L/min (1520mmHg) 	2	Máy
5	Mũi khoan sọ não tự dùng (dùng cho máy khoan sọ não NOVAg)	<ul style="list-style-type: none"> - Mũi khoan sọ tự dùng dùng cho độ dày xương sọ: 1.0mm; 2.0mm; 3.0mm - Có các kích cỡ cho người lớn và trẻ em gồm các loại 6.0mm/9.0mm; 7.0mm/11.0mm; 8.0mm/11.0mm; 11mm/14mm (đường kính trong/đường kính ngoài) - Hiệu quả cắt bền bỉ, dùng với dầu chụp Hudson. - Chất liệu thép không gỉ - Tốc độ 800-1200 vòng/phút.. 	2	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 1 năm 2025.

4. Các thông tin khác (nếu có).

Nghĩa Lộ, Ngày 20 Tháng 02 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Phan Thanh Tôn