

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua vật tư công cụ, trang thiết bị y tế đảm bảo công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ

Địa chỉ: Tổ 2 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Ông Nguyễn Hoàng Hóa - nhân viên phòng vật tư thiết bị y tế

Số điện thoại: 0977.046.018 . Mail: hoanghoa1787@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Tổ 2 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Hoặc qua mail: hoanghoa1787@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 01 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 20 tháng 1 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư linh kiện mời thầu

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy khí dung sóng siêu âm	1. Nguồn cấp: AC110~240V, 50/60Hz 2. Điện vào: 50VA 3. Tần số dao động: 1.7MHz ± 10% 4. Tốc độ xông tối đa: ≥3mL/ phút 5. Khoảng hẹn giờ: 0-60 phút	5	Máy



2	Máy hút dịch 1 bình	Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz Công suất vào: 90VA Giá trị áp hút cực hạn: $\geq 0.075\text{MPa}$ (760mmHg) Phạm vi điều chỉnh áp hút: 0.02MPa đến giá trị áp hút cực hạn Kích thước ngoài: 280×196×285(mm)	2	Máy
3	Xe lăn , xe đẩy người bệnh	Khung thép sơn tĩnh điện, chỗ ngồi bằng vải caro thoáng mát	9	Cái
4	Máy hút dịch 2 bình	Điện vào: 180VA Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz Chân không tối đa: $\geq 90\text{kPa}$ Chân không điều chỉnh trong: 20kPa – chân không tối đa Dòng khí tối đa: $\geq 40\text{L}/\text{min}$ (1520mmHg) Khối lượng tịnh: 13.5kg Kích thước: 360 x 320 x 480 (mm)	2	Máy
5	Mũi khoan sọ não tự dừng dùng cho máy NOVAg	* Mũi khoan sọ tự dừng dùng cho độ dày xương sọ chỉ 1.0mm; 2.0mm; 3.0mm * Có các kích cỡ cho người lớn và trẻ em gồm các loại 6.0mm/9.0mm; 7.0mm/11.0mm; 8.0mm/11.0mm; 11mm/14mm (đường kính trong/đường kính ngoài) * Thiết kế đầu cắt và cơ chế tự dừng (nhả) sớm, an toàn giúp giảm thiểu nguy cơ tổn thương màng cứng có thể xảy ra. * Thích hợp với các loại xương đồng đều và không đồng đều. * Hiệu quả cắt bền bỉ, dùng với đầu chụp Hudson. * Tạo ra miếng đệm xương bảo vệ màng cứng. * Có tính năng chống trượt giúp khoan sọ an toàn và thuận tiện. * Có thể khởi động/dừng khi cần hoặc khởi động lại sau khi dừng. * Chất liệu thép không gỉ * Tốc độ 800-1200 vòng/phút..	2	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 1 năm 2025.

4. Các thông tin khác (nếu có).

Nghĩa Lộ, Ngày 08 Tháng 01 năm 2025



